



ACERCA DE CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud.

Los productos **CERTUM** ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardiacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico **CERTUM** se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial.

CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud.

CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.








la región de la línea de prueba del cassette. Durante la prueba, la muestra de sangre entera, suero o plasma reaccionan con


las partículas recubiertas con anticuerpos anti-HBsAg.



MODO DE EMPLEO










Permita que el sobre alcance temperatura ambiente antes de abrirlo.

Añada 3 gotas de la muestra de suero/plasma al pocillo.

Añada 3 gotas de sangre entera capilar por venepunción y 1 gota del buffer







75µl de sangre entera capilar por venopunción y 1 gota de buffer. 3 gotas de sangre entera capilar por venopunción y 1 gota del buffer.

Lea resultados a los 15 minutos. No interprete los resultados despuésde 30 minutos.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

Positivo: Aparecen dos líneas de color distintas. Una línea de color debe estar en la región de control (C) y la otra debe estar en la región de prueba (T).

Negativo: Una línea de color aparece en la región de control (C). No hay ninguna línea de color aparente en la región de prueba (T).


Inválido: La línea de control no aparece: El volumen de muestra insuficiente o las técnicas de procedimiento incorrectas son las razones más probables para el fallo de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba con un nuevo cassette. Si el problema persiste, deje de usar el kit de prueba inmediatamente y póngase en contacto con su distribuidor local.











Registro sanitario: 1010R2021 SSA

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Catálogo	Producto	Espécimen	Formato	Presentación
3501R040	Hepatitis B (HBsAq)	Sangre entera / Suero /Plasma	Cassette	Caia con 25

- Información exclusiva para profesionales de la salud, empresas, hospitales y/o clínicas.
 Material desarrollado por DIAGNOSE REACTIVOS
 Queda prohibida la reproducción parcial o total del material.
 El producto es fabricado por terceros y DIAGNOSE REACTIVOS actúa sólo como intermediario.